



Werkinstructie (WIN)		AMTMS 20-023	WIN geldig tot
aspiratie van mond- en keelholte			
Datum goedkeuring WIN	Datum start WIN	Goedkeurder (functie)	Eigenaar (functie)
		Bestuur	Bestuur

Doelgroep WIN

Medewerkers die een patiënt vervoeren in het kader van niet-dringend patiëntenvervoer.

Extra informatie WIN

Artikel 4. van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer van 8 februari 2019:

De dienst stelt een medisch verantwoordelijke aan. De medisch verantwoordelijke is een arts die de volgende taken heeft:

- 1° de procedures voor medische handelingen en hygiënische maatregelen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer opstellen en valideren.

Artikel 19. van het BVR van 18 mei 2018 over het niet-dringend liggend ziekenvervoer:
De ziekenwagen is ten minste uitgerust met:

...
12° een draagbaar manueel aspiratietoestel met aspiratiesondes van minstens volgende maten:

- a) 8 CH;
- b) 12 CH;
- c) 14 CH;

...

Art. 3. van het Koninklijk besluit betreffende het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer van 14 mei 2019:

Het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer mag slechts worden uitgeoefend door personen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
1° met vrucht geslaagd zijn voor een opleiding van minstens 160u.

- b) een theoretische en praktische opleiding in:
 - ii. EHBO;

Toepassingsgebied WIN

Gedurende het hele traject van het patiëntenvervoer.

Uitzonderingen WIN

Niet van toepassing.

Referentiedocumenten WIN

Procedures ten behoeve van de hulpverlener-ambulancier 112 van november 2016 van FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.

Werkinstructie (WIN)

De medewerker stelt geen technische prestaties die niet behoren tot de kwalificaties van zijn zorgberoep.

Voor ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer zijn de technische prestaties beperkt tot het uitvoeren van (een deel van) de procedures van toepassing voor de hulpverlener-ambulancier 112. Het aspireren is voor ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer beperkt tot de mond- en keelholte.

De aspiratie kan men uitvoeren met draagbaar manueel aspiratietoestel of een draagbaar 'elektrisch' aspiratietoestel. Volg steeds de instructies beschreven in de producthandleiding van de producent voor de werking van het aspiratietoestel.

Voorbeeld van een draagbaar manueel aspiratietoestel:



Voorbeeld van een draagbaar 'elektrisch' aspiratietoestel:



Verantwoordelijke (functie)	Stap	Actie
-----------------------------	------	-------

Medewerker	1	Zet je materiaal klaar binnen handbereik.	
Medewerker	2	Denk aan water om tussen 2 aspiraties de sonde en aspiratieleiding te spoelen.	
Medewerker	3	Zorg voor je veiligheid (handschoenen, persoonlijke beschermingsmiddelen).	
Medewerker	4	Leg eventueel bescherming over de kledij van de patiënt.	
Medewerker	5	Controleer of de aspiratiepomp goed werkt.	
Medewerker	6	Open de verpakking van de aspiratiesonde langs de zijde waar de aspiratieleiding moet geconnecteerd worden.	
Medewerker	7	Indien nodig bij een 'elektrisch' aspiratietoestel: connecteer de aspiratiesonde met de fingertip controleklep.	
Medewerker	8	Connecteer de aspiratiesonde met de aspiratieleiding/-aansluiting van het aspiratietoestel.	
Medewerker	9	Indien mogelijk, laat de patiënt een comfortabele, halfzittende houding aannemen.	
Medewerker	10	Gebruik je een manueel aspiratietoestel? Ga naar stap 11 a. Gebruik je een 'elektrisch' aspiratietoestel? Ga naar stap 11 b.	
Medewerker	11 a)	Test het manueel aspiratietoestel door de handeling te stellen die negatieve druk in de aspiratieleiding creëert.	11 b) Zet het aspiratietoestel aan met open fingertip controleklep.
Medewerker	12 a)	Haal de aspiratiesonde met je dominante hand voorzichtig uit de verpakking.	12 b) Haal de aspiratiesonde met je dominante hand voorzichtig uit de verpakking.
Medewerker	13 a)	Verwijder zo nodig het zuurstofmasker.	13 b) Verwijder zo nodig het zuurstofmasker.
Medewerker	14 a)	Ga met de aspiratiesonde in de mond.	14 b) Ga met de aspiratiesonde, met open fingertip controleklep, in de mond.
Medewerker	15 a)	Laat de patiënt hoesten of de tong uitsteken en schuif de katheter tot achteraan de mondholte.	15 b) Laat de patiënt hoesten of de tong uitsteken en schuif de katheter tot achteraan de mondholte.
Medewerker	16 a)	Stel de handeling om negatieve druk in de aspiratieleiding te creëren.	16 b) Sluit de fingertip controleklep of het afzuigventiel zodat de zuigkracht aan de tip van de aspiratiesonde toegepast wordt.
Medewerker	17	Trek voorzichtig de aspiratiesonde terug, met licht roterende beweging, in een periode van maximaal 10 à 15 seconden.	
Medewerker	18	Observeer de patiënt tijdens het aspireren.	
Medewerker	19	Plaats eventueel het zuurstofmasker terug.	
Medewerker	20	Spoel de aspiratiesonde met spoelvloeistof.	
Medewerker	21	Laat de patiënt tot rust komen en herhaal eventueel de stappen 14 a of b) tot 21.	

Medewerker	22	Reinig zo nodig de mond en neus van de patiënt met wegwerpzakdoekjes.
Medewerker	23	Ruim het resterende materiaal op en verwijder wegwerpmateriaal via het afvalrecipiënt of de vuilniszak.
Medewerker	24	Controleer: • de houding van de patiënt; • dat het zuurstofmasker goed geplaatst is; • controleer de vitale functies van de patiënt.
Medewerker	25	Breng de kledij van de patiënt terug in orde.
Medewerker	26	Ontkoppel de aspiratiesonde en de fingertip controle indien aanwezig en gooi deze in het afvalrecipiënt of de vuilniszak.
Medewerker	27	Spoel de aspiratieleiding met spoelvloeistof.
Medewerker	28	Ledig het opvangrecipiënt van het aspiratietoestel, spoel met water, decontamineer met decontaminatiemiddel, spoel na met voldoende water of verwijder het wegwerprecipiënt.
Medewerker	29	Droog het opvangrecipiënt van het aspiratietoestel met wegwerpzakdoekjes.
Medewerker	30	Monteer het aspiratietoestel terug zodat het klaar is voor een volgend gebruik.

Communicatie WIN

Doelgroep communicatie	Verantwoordelijke communicatie (functie)	Timing communicatie	Communicatiemiddel
AMT-bestuursleden	Bestuur		wiki.amt.events
Medewerkers die niet-dringend patiëntenvervoer uitvoeren of organiseren	Bestuur		wiki.amt.events

Versie WIN

Versie	Datum	Goedkeurder/Auteur (naam)	Reden aanpassing
2.00	16-10-2026	Raven Van Hove / Bestuur	Omgezet naar AMT (huisstijl en organisatie)