WIN-MAT-001: Bloeddrukmeter Medisana BU 512

Page Contents


- Doel
- Infographic (snelkaart)
- 1. Het toestel
- 2. Voor de meting: het slachtoffer voorbereiden
- 3. De manchet aanleggen
- 4. Meten
- 5. Resultaat: noteren en delen met het slachtoffer
- 6. Na de meting: afkoppelen en opbergen
- 7. Reinigen
- 8. Foutmeldingen en storingen

Doelgroep	Versie	Aangemaakt op	Gewijzigd op
Alle vrijwilligers op dienst, dagverantwoordelijken	**1**	**16/11/2026**	**18/11/2026**

Doel


Deze werkinstructie vat de gebruiksaanwijzing van de fabrikant samen voor gebruik van de bloeddrukmeter Medisana BU 512 (bovenarm) op de hulppost. Bovenaan staat de infographic als snelkaart; daaronder volgt de volledige verkorte handleiding.

Infographic (snelkaart)



Bloeddrukmeter Medisana BU 512 - infographic.png

1. Het toestel



Onderdeel	Functie
START/STOP (groene toets)	Toestel aan, meting starten. Tijdens de meting: meteen stoppen en de manchet laten leeglopen.
MEM	Opgeslagen metingen bekijken. Niet nodig op de hulppost.
SET	Datum, uur en gebruiker instellen. Niet nodig op de hulppost.
SYS (bovenste getal)	Systolische bloeddruk (bovendruk) in mmHg
DIA (middelste getal)	Diastolische bloeddruk (onderdruk) in mmHg
PUL met hartje	Polsslag per minuut
Gekleurde balk links	Bloeddrukindicator: groen, geel, oranje, rood (zie punt 5)
Golfje met hartslag	Onregelmatige pols gedetecteerd (aritmie)
Aansluiting links op het toestel	Hier komt de stekker van de luchtslang van de manchet

De manchet past rond een bovenarm van **22 tot 36 cm**. Voor een dikkere arm bestaat een L-manchet (32 tot 42 cm).

2. Voor de meting: het slachtoffer voorbereiden

1. **Breng het slachtoffer op de hoogte.** Stel je voor, zeg dat je de bloeddruk wilt meten en waarom, en vraag of dat mag. Zeg vooraf dat de manchet stevig zal knellen en dat dat normaal is.
2. **Laat het slachtoffer zitten**, met de rug tegen de rugleuning, de voeten plat op de grond en de benen niet gekruist. Laat het slachtoffer zo mogelijk eerst enkele minuten rustig zitten.
3. **Positioneer de arm.** Meet bij voorkeur links, op de blote bovenarm (geen opgerolde, knellende mouw). Leg de arm ontspannen en ondersteund, bv. op een tafel of armleuning, met de handpalm naar boven. De manchet zit op **harthoogte**. Het slachtoffer houdt de

arm niet zelf omhoog en spant de spieren niet op.
4. **Kies de juiste arm.** Meet niet aan een arm met een wonde, breuk, infuus of dialyseshunt, of aan de kant waar de borst of okselklieren verwijderd zijn. Neem dan de andere arm en noteer welke arm je gebruikt hebt.
5. Laat horloge en armbanden uitdoen. Houd je gsm uit de buurt van het toestel.
6. Vraag het slachtoffer om tijdens de meting niet te praten en niet te bewegen.

3. De manchet aanleggen

1. Steek de stekker van de luchtslang in de aansluiting links van het toestel.
2. Schuif de manchet over de bovenarm. Het klittenband zit aan de buitenkant.
3. Leg de luchtslang in het midden van de arm, in het verlengde van de middelvinger. De onderrand van de manchet zit 2 à 3 cm boven de elleboogplooi.
4. Trek de manchet aan en sluit het klittenband. Een vinger moet er nog net onder kunnen; een losse manchet geeft een foute meting.

4. Meten

1. Druk op **START/STOP**. Je hoort twee piepjes en het scherm test alle tekens.
2. De manchet pompt automatisch op en laat daarna langzaam lucht af. Het hartje knippert bij elke polsslag.
3. Een lange piep betekent dat de meting klaar is. De manchet loopt leeg en het scherm toont SYS, DIA en PUL.
4. Heeft het slachtoffer pijn of voelt het zich niet goed tijdens de meting? Druk op **START/STOP**: de manchet loopt meteen leeg. Maak de manchet los.

> **Opnieuw meten?** Wacht minstens 1 minuut tussen twee metingen, zodat het bloed uit de arm kan wegstromen. Na een foutmelding: controleer de manchet en meet opnieuw.

5. Resultaat: noteren en delen met het slachtoffer

- **Noteer** de bovendruk en onderdruk in de (digitale) verzorgingsfiche.
- **Deel de gemeten waarde met het slachtoffer**, in gewone taal, bv. "Uw bloeddruk is 135 over 85, uw hart klopt 72 keer per minuut."
- **Geef eventueel uitleg:** wat de twee getallen betekenen, en dat één meting een momentopname is. Pijn, stress, warmte of inspanning doen de bloeddruk tijdelijk stijgen.
- Stel geen diagnose en geef geen advies over medicatie. Raad het slachtoffer bij een afwijkende waarde aan om die door de huisarts te laten opvolgen.

> Bij een**sterk afwijkende waarde**, of afwijkende waarden samen met klachten (pijn op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid, kortademigheid): verwittig de **dagverantwoordelijke** en volg de werkwijze van de post, zo nodig **112**.

Indeling van de bloeddrukindicator op het scherm (volgens de WHO, zoals in de handleiding van Medisana):

Kleur op het scherm	Systolisch (mmHg)	Diastolisch (mmHg)	Betekenis
Groen	100 tot 139	60 tot 89	Normaal
Geel	140 tot 159	90 tot 99	Licht verhoogd
Oranje	160 tot 179	100 tot 109	Matig verhoogd
Rood	180 of meer	110 of meer	Sterk verhoogd
(geen kleur)	lager dan 100	lager dan 60	Lage bloeddruk

6. Na de meting: afkoppelen en opbergen

1. Druk op **START/STOP** om het toestel uit te zetten (anders gaat het na ongeveer 3 minuten vanzelf uit).
2. Maak de manchet los en neem ze af.
3. **Koppel de luchtslang los van het toestel.** Neem de stekker vast en trek hem recht uit de aansluiting; trek nooit aan de slang zelf.
4. Rol de manchet losjes op, zonder de slang te knikken, en berg toestel en manchet samen op in de opbergzak.

> **Waarom afkoppelen?** Blijft de slang aangesloten, dan komt er bij het opbergen en vervoeren telkens trek en knik op de stekker en de aansluiting. Die gaan daardoor sneller los zitten, scheuren of lekken, en dan pompt het toestel niet meer goed op (foutmelding E-3 of Err). Afkoppelen na elke meting houdt de aansluiting langer goed.

7. Reinigen

- Maak toestel en manchet schoon met een **Clinell-doekje** (de groene Clinell).
- Gebruik **geen alcohol**: geen ontsmettingsdoekjes op alcoholbasis, geen kompres met ontsmettingsalcohol, geen alcogel. Dompel niets onder in water.
- Gebruik het toestel pas weer als het volledig droog is.

8. Foutmeldingen en storingen

Melding	Oorzaak	Wat doe je?
E-1	Zwak signaal of plotse drukverandering	Leg de manchet correct aan en meet opnieuw.
E-2	Sterke storing van buitenaf	Gsm of ander toestel weg, slachtoffer stil en niet praten, opnieuw meten.
E-3	Fout bij het oppompen	Manchet correct aanleggen, controleer of de stekker goed in de aansluiting zit, opnieuw meten.
E-5	Uitzonderlijke bloeddruk	Laat het slachtoffer rusten en meet opnieuw; verwittig de dagverantwoordelijke.
Err	Bewogen of gepraat tijdens de meting	Slachtoffer rustig laten zitten en opnieuw meten.
Batterijsymbool of leeg scherm	Batterijen zwak of leeg	Vervang alle 4 batterijen (AA, 1,5 V) tegelijk.
Pompt niet op	Stekker los, of slang of aansluiting lek	Stekker goed insteken. Blijft het probleem: toestel uit gebruik nemen en melden (zie hieronder).

Het batterijvak zit onderaan het toestel. Na het vervangen van de batterijen moeten datum en uur opnieuw ingesteld worden; dat is niet nodig voor een correcte meting.

> **Defect of beschadigd?** Niet zelf herstellen. Neem het toestel uit gebruik, label het als defect en meld het aan het materiaalteam, via de WhatsApp-groep van de dienst of zoals beschreven in SOP-MAT-004: Materiaal kapot op dienst.

Revision #7
Created 2026-11-18 09:02:22 UTC by Raven Van Hove
Updated 2026-11-18 14:36:45 UTC by Raven Van Hove